

Kraków, dnia 31.07.2019 r.

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO

„Dostawa wraz z montażem 2 sztuk defibrylatorów AED do budynków Krakowskiego Parku Technologicznego przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 14 oraz przy ul. Podole 60 w Krakowie oraz zapewnieniem przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED”

DAiI 12/07/2019

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że w sprawie ww. postępowania wpłynęły zapytania od Wykonawcy. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z elektrodami o dwuletnim terminie gwarancji?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań Zamawiającego, w szczególności dotyczących warunków gwarancji na urządzenie.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wymaga, aby nota techniczna dotycząca bezpieczeństwa użycia na mokrych i metalowych powierzchniach wydana była na podstawie badań przeprowadzonych przez producenta defibrylatorów?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie wymaga, aby nota techniczna była wydana na podstawie badań producenta defibrylatorów.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o deklarowanej liczbie wyładowań 100?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie o deklarowanej liczbie wyładowań 100.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania normy IK 10?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza gabloty, niespełniające warunku zgodności z normą IK 10, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków, określonych przez Zamawiającego, w szczególności szczelności i odporności na uderzenia oraz akty wandalizmu.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu realizacji do 40 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji do 40 dni od podpisania umowy.

Pytanie nr 6: Czy dopuszczają Państwo urządzenie przeprowadzające cotygodniowe autotesty z gwarancją wykrywania usterki natychmiastowo?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie przeprowadzające cotygodniowe autotesty z gwarancją wykrywania usterki natychmiastowo.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z terminem przydatności elektrod 2,5 roku?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Tak. Zamawiający dopuszcza urządzenie, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań Zamawiającego, w szczególności dotyczących warunków gwarancji na urządzenie.

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z warunkami gwarancji bez obowiązku wymiany baterii i elektrod po upływie terminu przydatności?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z warunkami gwarancji bez obowiązku wymiany baterii i elektrod po upływie terminu przydatności

W związku z powyższym, zamawiający informuje, że **termin na składanie ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2019 r. do godziny 10:00.**

Ofertę w formie podpisanego skanu formularza oferty wraz z załącznikami należy przesłać na adres zamowienia@kpt.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08.2019 r. do godz. 10:00.


Wojciech Przybylski
Prezes Zarządu